



ITEM	NAME OF PARTS	MATERIAL	Q'TY	REMARKS
34	出口ニップル	C3604B	1	
33	入口ニップル	C3604B	1	
32	袋ナット	C3604B	2	
31	取付台	C3604B	2	
30	取付ボルト	SUS304	2	M8
29	圧力計ロックナット	C3604B	2	
28	金アミ止メリング	SUS304	1	
27	金アミ	SUS316	1	
26	圧力計パッキン	C1220T	2	
25	低圧圧力計	要部C3604B	1	A#60 X 6MPa X G1/4"
24	高圧圧力計	要部C3604B	1	A#60 X 35MPa X G1/4"
23	出口ジョイント	C3604B	1	
22	入口ジョイント	C3604B	1	
21	フィルター	焼結合金	1	80μm
20	バックナットパッキン	C1100P	1	
19	バックナット	C3604B	1	
18	バルブスプリング	SUS304	1	
17	安定器	C3604B	1	
16	バルブ	C3604B	1	PCTFE(ダイフロン)ディスク
15	シートパッキン	C1100P	1	
14	シート	C3604B	1	
13	バルブ押し	C3604B	1	
12	バルブ押し傘	C3604B	1	
11	カバー締付ワッシャ	SUS304	8	
10	カバー締付ボルト	SUS304	8	M8
9	スプリングワッシャ	SUS304	1	
8	ナット	SUS304	1	M6
7	ダイヤフラム	CR	1	
6	受圧板	C3604B	1	
5	調整スプリング	SUP	1	
4	スプリング押エ	C3604B	1	
3	押しネジ	C3604B	1	
2	カバー	C3771B	1	
1	本体	C3771B	1	

浪本	設備 PLAN	名称 TITLE
田島		装置用高圧力調整器
澤谷	材料 MATERIAL	<TKR-140H> 型
澤谷	作成日 DATE	単位 DIMENSION mm
	1997. 8. 1	SRS-H140-OR
	1	REV.
	1:2	
	株式会社 千代田精機	
	CHYODA SEIKI Co., Ltd.	

承認 APPROVED	浪本
検図 CHECKED	田島
設計 DESIGNED	澤谷
作図 DRAWN	澤谷
改訂理由 REASON	A. 客先要求 B. 設計変更 C. 誤記訂正 D. その他
改訂内容 DESCRIPTIONS	
改訂日 DATE	
改訂者 CHECKED	
承認者 APPROVED	
承認日 DATE	
承認者 CHECKED	
承認日 DATE	

3					
2	B	圧力計ロックナット追加	2003.2.27	澤谷 田島	
1	D	計量法改正ニヨル圧力計目盛修正。	1999.8.1.	NAKAMURA 裕	
符号 SYM	理由 REASON	改訂内容 DESCRIPTIONS	改訂日 DATE	改訂者 CHECKED	承認者 APPROVED